

ELENCO DELLE PROVE SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Prove	Metodi	Tempi di consegna
Conta microrganismi vitali a 22°C	UNI EN ISO 6222:2001	3 gg
Conta microrganismi vitali a 36°C	UNI EN ISO 6222:2001	2 gg
Conta di escherichia coli e batteri coliformi	ISO 9308-1:2014+Amd 1: 2016	1/2 gg
Conta di Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 7899-2:2003	2 gg
Conta di Clostridium perfringens	ISO 14189:2013	2 gg
Conta di Legionella spp *	G.U. N°103 05/05/2000	10 gg
Conta di Legionella pneumophila *	G.U. N°103 05/05/2000	10 gg
Conta di Pseudomonas aeruginosa *	UNI EN ISO 16266:2008	2 gg
Conta Stafilococchi patogeni *	UNI 10668:1998	2/3 gg
Conta di Lieviti e muffe *	AOAC-Met 997.02 17th ed.2000	5 gg
Ricerca Salmonella spp *	UNI EN ISO 19250:2013	3/5 gg
Conta di Coliformi fecali *	VRBL 44°Cx24h	1 gg

*Prova non accreditata da Accredia